



ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

Tel. +48224312301 Fax. +48224312452

KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

<https://igichp.ezamawiajacy.pl>

Przetarg znak: AP.26.8.2021

Warszawa, dnia 19.07.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” na dostawę wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych, alkoholu etylowego oraz końcówek do pipet określonych w 5 pakietach.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Pakiet 2** - Czy Zamawiający dopuści testy o terminie przydatności minimum 9 miesięcy? Zważywszy na ilość zamawianych testów, termin ten wydaje się wystarczający
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Pakiet 2** - Czy Zamawiający wymaga testu z ciekłą kontrolą dodatnią i pipetami do poboru ciekłego kału w zestawie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Pakiet 2** - Czy Zamawiający wymaga testu o wykrywalności toksyny A nie gorszej niż 0.7 ng/ml, toksyna B nie gorszej niż 0.2 ng/ml i GDH nie gorszej niż 0.8 ng/ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Pakiet 2** - Czy Zamawiający wymaga testu o czułości i swoistości wyznaczonej względem hodowli z wykorzystaniem min. 1000 próbek
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Pakiet 2** - Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą instrukcji wykonania testu w języku polskim i angielskim? Jeżeli nie, to czy Zamawiający zastrzega sobie taką możliwość?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZATWIERDZAM

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Marszałkowski**