



**ZAMAWIAJĄCY:**  
**INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC**  
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26  
Tel. +48224312301 Fax. +48224312452  
KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490  
<https://igichp.ezamawiajacy.pl>

Przetarg znak: AP.26.11.2021

Warszawa, dnia 09.08.2021 r.

### Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” na dostawę odczynników wraz z najmem aparatu.

#### I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy Tabeli nr 1 Załącznika nr 2 – Formularz cenowy (zasilacz UPS): Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następującego zapisu dotyczącego zasilacza UPS: „Aparat dostarczony wraz z zasilaczem awaryjnym typu UPS, kompatybilnym z Aparatem, stabilizujących napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej, umożliwiający w momencie przerwy w zasilaniu zapisanie danych oraz bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego aparatu.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**
2. Dotyczy Tabeli nr 1 Załącznika nr 2 – Formularz cenowy (wymiary aparatu): Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu o wysokości 93,9 cm.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**
3. Dotyczy poz. 8 Tabeli nr 2 Załącznika nr 2 – Formularz cenowy: Ze względu na inny sposób konfekcjonowania zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania suplementu pakowanego po 4 sztuki (opakowanie wystarcza na 20 suplementacji) z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań na 4 op.?  
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
4. Dotyczy oświadczenia pod Formularzem cenowym: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 produktu zakwalifikowanego jako LUO (Lab Use Only - wyłącznie do użytku laboratoryjnego) z jednoczesnym odstąpieniem dla tego asortymentu od oświadczenia pod tabelką cenową odnoszącego się do wyrobów medycznych? Dla produktu w poz. 3 nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych, nie posiada on dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z wymienioną ustawą. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację oświadczenia pod formularzem cenowym na następujące: „Oświadczamy, że w/w przedmiot zamówienia dla pozycji 1-2, 4-8 z tabeli nr. 2 posiada dokumenty potwierdzające, że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 poz. 186 z późn. zm.)”  
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
5. Dotyczy §4 ust. 8 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu podjęcia czynności naprawczych do 48 godzin w dni robocze.  
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
6. Dotyczy §4 ust. 9 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż objęty umową, w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.”  
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
7. Dotyczy §5 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o dopuszczenie możliwości przesłania faktury mailem w dniu dostawy towaru w formacie pdf, ponieważ towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu, natomiast dokumenty, w tym faktura – z siedziby spółki. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o podanie adresu mailowego do przesyłania faktur.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury mailem: [efaktury@igichp.edu.pl](mailto:efaktury@igichp.edu.pl)**

#### II. ZMIANA TREŚCI SWZ.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

**Zmiana Nr 1:** Pkt XII.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „*Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 12.09.2021 r.*”

**Zmiana Nr 2:** Pkt XIV.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „*Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem: <https://igichp.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” w terminie do dnia 13.08.2021 r. do godz. 09:00 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. Ofertę składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*”

**Zmiana Nr 3:** Pkt XIV.4 SWZ otrzymuje brzmienie: „*Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert pod adresem: <https://igichp.ezamawiajacy.pl> w dniu 13.08.2021 r. o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego budynek „E”, lok. Nr 14*”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**ZATWIERDZAM**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Technicznych  
mgr inż. Marek Marszałkowski**