



ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

Tel. +48224312301 Fax. +48224312452

KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

<https://igichp.ezamawiajacy.pl>

Przetarg znak: AP.26.28.2021

Warszawa, dnia 15.10.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” na zakup bronchoskopu sztywnego z zestawem sztywnych optyk (teleskopów) i narzędzi realizowany w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia. Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie kleszczy optycznych typu aligator, do usuwania twardych ciał obcych, kompatybilne z optyką o śr. 4,0 mm i dł. 50 cm oraz bronchoskopami sztywnymi w rozm. od 6,5 do 8,5.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia. Poz. 6. Prosimy o dopuszczenie kleszczy chwytających o długości 60 cm, obie bransze ruchome, wielorazowe, autoklawowalne.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
3. Dotyczy opis przedmiotu zamówienia. Poz. 2,6. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 2 i 6 do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia oferty większej ilości oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
4. Dotyczy wymaganego okresu gwarancji 36 m-cy. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia, producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany okresu gwarancji na 24 miesiące. Zapewnienie tak długiego - 36 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu instrumentów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZATWIERDZAM

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Marszałkowski