



ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
Tel. +48224312301 Fax. +48224312452
KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490
<https://igichp.ezamawiajacy.pl>

Przetarg znak: AP.26.30.2021

Warszawa, dnia 19.10.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” na zakup toru wizyjnego zawierającego źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y) i urządzenia peryferyjne realizowany w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy opis przedmiotu zamówienia:** mając na uwadze fakt, iż zamawiający wymaga instalacji przedmiotu zamówienia a nie określił sposobu/miejsca instalacji (wózek, zawieszenia posiadane przez zamawiającego) prosimy o doprecyzowanie tego elementu z uwzględnieniem parametrów asortymentowo - technicznych takich jak producent, model oraz udźwig ramion (zawieszek lub wózka).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na Bloku Operacyjnym są zamontowane kolumny firmy Dräger, zawieszenie Sola, kolumna chirurgiczna Movita.
- Dotyczy opis przedmiotu zamówienia:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. licencji do pompy laparoskopowej, która nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.175 z późn. zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%? Licencja jest elementem uprawniającymi użytkownika na wykorzystanie pompy w określonych specjalnościach medycznych i procedurach. Oprogramowanie/licencja jest konieczna do funkcjonowania pompy i pracy przy wykonywaniu poszczególnych procedur medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
- (wzór umowy §5 ust.2) Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia, producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany okresu gwarancji na 24 miesiące. Zapewnienie tak długiego - 48 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu zestawu, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (urządzenia i narzędzia) oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 7 tygodni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZATWIERDZAM

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Marszałkowski