



ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC

01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

Tel. +48224312301 Fax. +48224312452

KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

<https://igichp.ezamawiajacy.pl>

Przetarg znak: AP.26.46.2021

Warszawa, dnia 13.12.2021 r.

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” na dostawę wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- 1. Pakiet 1, poz.1,4,5** - Czy Zamawiający dopuści szkiełka ze szkła wapniowo – sodowego?
Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1.
- 2. Pakiet 1, poz.2,3,6,7** - Czy Zamawiający dopuści szkiełka w I klasie hydrolytyczności ze szkła boro krzemowego D 263 M o składzie chemicznym: Skład chemiczny: SiO₂ 64.1% B₂O₃ 8.4% Al₂O₃ 4.2% Na₂O 6.4% K₂O 6.9% MgO – CaO – BaO – ZnO 5.9% TiO₂ 4.0% As₂O₃ – Sb₂O₃ 0.1?
Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1.
- 3. Pakiet 1, poz.4** - Z uwagi na to, że producent szkiełek SuperFrost Plus określa ich termin ważności na maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie takich szkiełek. W przypadku negatywnej odpowiedzi, w związku z modyfikacją formularza asortymentowo-cenowego i doprecyzowaniem składu szkiełek nie będzie możliwe złożenie ważnej oferty przez żadnego z Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana Nr 1: W Załączniku Nr 2 do SWZ kolumna „opis przedmiotu zamówienia” w Pakiecie Nr 1 ulega modyfikacji i otrzymuje nowe brzmienie:

Poz.1: „Szkiełka podstawowe Superfrost ; posiadające malowane białe pole do opisu . Pole to musi być odporne na większość rozpuszczalników organicznych. Szkiełka szlifowane, odtuszczone, wymiary 76 mm x 26 mm x 1,0 mm , bez ściętych naroży, gotowe do pracy. Szkiełka nie mogą być posklejane . Stosowane do hodowli in vitro. Opakowanie 50szt”.

Poz.2: „Szkiełka nakrywkowe odtuszczone o wymiarach : 24 mm x 60 mm x 0,13-016 mm. Jedno opakowanie zbiorcze zawiera 10 pudełeczek po 100 szt. szkiełek . Opakowania zawierające 100 szt. nie mogą być zafoliowane . Szkiełka muszą być odtuszczone, gotowe do pracy, nie mogą być posklejane. Stosowane do hodowli in vitro.”

- Poz.3:** „Szkiełka nakrywkowe odtłuszczone o wymiarach : 22mm x 22 mm x 0,13-,016 mm. Stosowane do hodowli in vitro. Opakowanie 100 szt”.
- Poz.4:** „Szkiełka adhezyjne SuperFrost Plus (Thermo Scientific) o wymiarach : 75 mm x 25 mm x 1,0 mm z polem do opisu. Opakowanie zawiera 72 szt. Szkiełka pasujące do Aparatu Benchmark „Stosowane do hodowli in vitro”.
- Poz.5:** „Szkiełka podstawowe szlifowane bez pola do opisu o wymiarach : 76 mm x26 mm x1,0 mm . Szkiełka muszą być odtłuszczone , kalibrowane, gotowe do pracy. Szkiełka nie mogą być posklejane .Opakowanie 50szt. Stosowane do hodowli in vitro”.
- Poz.6:** „Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 mm x50 mm x 0,13-,016 mm. Jedno opakowanie zbiorcze zawiera 10 pudełeczek po100 szt. , nie mogą być zafoliowane . Szkiełka muszą być odtłuszczone , gotowe do pracy , nie mogą być posklejane. Stosowane do hodowli in vitro. Opakowanie 100 szt”.
- Poz.7:** „Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 mm x 24 mm x 0,13-,016 mm szkiełka muszą być odtłuszczone , kalibrowane , gotowe do pracy. Nie mogą być posklejane .Stosowane do hodowli in vitro. Opakowanie 100 szt”.

Zmiana Nr 2: § 3 ust.5 w Załączniku Nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę towar posiadał okres ważności co najmniej 24 miesięcy licząc od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. (dotyczy Pakietu Nr 2 ÷ 4)”

Zmiana Nr 3: Pkt XII.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 19.01.2022 r.”

Zmiana Nr 4: Pkt XIV.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem: <https://igichp.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” w terminie do dnia 21.12.2021 r. do godz. 10:00 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. Ofertę składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”

Zmiana Nr 4: Pkt XIV.4 SWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert pod adresem: <https://igichp.ezamawiajacy.pl> w dniu 21.12.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego budynek „E”, lok. Nr 24.”

Zamawiający udostępni zmieniony Załącznik nr 2 pod nazwą Załącznik nr 2 po DRUGIEJ modyfikacji.

Zamawiający udostępni zmieniony Załącznik nr 5 pod nazwą Załącznik nr 5 po modyfikacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZAM

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Marszałkowski**