



ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

Tel. +48224312301 Fax. +48224312452

KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

<https://igichp.ezamawiajacy.pl>

Przetarg znak: AP.26.47.2021

Warszawa, dnia 10.12.2021 r.

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” na dostawę wyrobów medycznych, płynu utrwalającego oraz testów określonych w 6 pakietach.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- 1. Pakiet Nr 2, poz. 1** - Z uwagi na nieznaczną zmianę wielkości opakowania przez producenta, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie płynu utrwalającego Collection Fluid – zielonego – o pojemności 4 litrów. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie Nr 2, poz 1 dopuszcza płyn utrwalający Collection Fluid – zielony – o pojemności 4 litrów. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
- 2. Pakiet Nr 5, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kominków z filtrami i nakrywkami, które nie są sterylne (są jedynie pakowane indywidualnie w folię). Producent nie określił ich jako wyrobów sterylnych. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie Nr 5, poz. 1 dopuszcza kominki z filtrami i nakrywkami, które nie są sterylne (są jedynie pakowane indywidualnie w folię). Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana Nr 1: Pkt XII.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „*Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 13.01.2022 r.*”

Zmiana Nr 2: Pkt XIV.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „*Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem: <https://igichp.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” w terminie do dnia 15.12.2021 r. do godz. 10:00 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. Ofertę składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*”

Zmiana Nr 3: Pkt XIV.4 SWZ otrzymuje brzmienie: „*Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert pod adresem: <https://igichp.ezamawiajacy.pl> w dniu 15.12.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego budynek „E”, lok. Nr 24.*”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZAM

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Marszałkowski*