



ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

Tel. +48224312301 Fax. +48224312452

KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

<https://igichp.ezamawiajacy.pl>

Przetarg znak: AP.26.53.2021

Warszawa, dnia 03.01.2022 r.

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku określonych w 4 pakietach.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pakiet Nr 4, poz. 1** - Pakiet 4 poz.1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu. Przeznaczony do użytku laboratoryjnego zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. KLUCZOWE CECHY PRODUKTU: - Prosta intuicyjna obsługa - Specjalnie ostrzone, trójplaszczynowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem - Igły sterylizowane promieniami gamma - Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia - Aktywowany poprzez dociśnięcie do opuszki palca Pakiet 4 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 do odrębnego pakietu, co pozwoli uzyskać Zamawiającemu więcej konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2. **Pakiet Nr 1, poz. 1** - Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
3. **Pakiet Nr 1, poz. 1** - Czy dopuści worek z drenem o jednej długości- 90 cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
4. **Pakiet Nr 1, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
5. **Pakiet Nr 1, poz. 1, 4** - Czy zamawiający wydzieli poz. 1, 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
6. **Pakiet Nr 4, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za jeden pojemnik z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 1500 sztuk, pakowanych w opakowania zbiorcze po 400 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
7. **Pakiet Nr 4, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za jeden pojemnik z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 4000 sztuk, pakowanych w opakowania pośrednie po 96 szt. i opakowania zbiorcze 600 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
8. **Pakiet Nr 4, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za jeden pojemnik z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 2500 sztuk, pakowanych w opakowania zbiorcze po 400 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
9. **Pakiet Nr 4, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pojemnik o pojemności 60 ml o wymiarach 38x65mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 4, poz.3 złożenie oferty na pojemnik o pojemności 60 ml o wymiarach 38x65mm.
10. **Pakiet Nr 4, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pojemnik o pojemności 25 ml. o wymiarach 25x90 mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
11. **Pakiet Nr 1, poz. 1** - Ponieważ worek nigdy nie powinien leżeć na podłodze, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków o długości drenu 90 i 120cm do wyboru przez zamawiającego. Z opisem w języku polskim oraz instrukcją graficzną umieszczoną na worku.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
12. **Pakiet Nr 1, poz. 2**
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości ok 150cm. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga zestawu, który zapewnia wiarygodność pomiaru w zakresie 1-40 ml nieprzekraczającego 5% błędu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje instrukcji użycia na opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
4/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje systemu do godzinowej zbiórki moczu dostarczanego z dodatkowym workiem kolekcyjnym do utylizacji moczu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
5/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu do zbiórki moczu z łącznikiem do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu z drenu do cewnika Foley?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
6/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby zestaw do dobowej zbiórki moczu umożliwiał odczyt wartości już od 1 ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
7/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby zestaw był mocowany na 3 niezależne sposoby (hak, 2 taśmy perforowane, sznurek) dzięki czemu pasuje do wszystkich ram łóżek szpitalnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby zestaw był mocowany na 3 niezależne sposoby (hak, 2 taśmy perforowane, sznurek) dzięki czemu pasuje do wszystkich ram łóżek szpitalnych.
13. **Pozycja Nr 1, poz. 3**
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków: Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyżalarniowy o długości 120cm, zastawka antyzwrotna, opcja ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, nadrukowana instrukcja opróżniania worka, wentylowana zakładka na kranik spustowy, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu, użycie do 7 dni.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków w opakowaniu papier-folia z informacją w języku polskim oraz instrukcją graficzną na worku.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 1, poz. 3 worki w opakowaniu papier-folia z informacją w języku polskim oraz instrukcją graficzną na worku.
3/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby worek był podwójnie zgrzewany(wzmocniony)? Dzięki temu jest bardziej trwały i odporny na rozerwanie(pęknięcie).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
14. **Pakiet Nr 2**
1/ Z uwagi na problem dostępności na rynku wody do nawilżania o pojemności 340ml prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2/ Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml , wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
15. **Pakiet Nr 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie nakłuwaczy Easy lance o parametrach 21Gx2,4mm?**
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
16. **Pakiet Nr 4, poz. 1 - Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 4 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.**
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
17. **Pakiet Nr 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3 zastawkę typu Heimlicha umożliwiającą ciągle rozszerzanie płuca siłami natury, zapobiegając wstęcznemu napływowi powietrza do przestrzeni opłucnowej zakończoną z dwóch stron schodkowo. W zestawie dodatkowo winyłowly dren łączący 14Fr długości 30cm.**
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

- Zmiana Nr 1:** Pkt VIII. 3) SWZ otrzymuje nowe brzmienie: „*o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),*”
- Zmiana Nr 2:** Pkt XII.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „*Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 09.02.2022 r.*”
- Zmiana Nr 3:** Pkt XIV.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „*Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem: <https://igichp.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” w terminie do dnia 11.01.2022 r. do godz. 10:00 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. Ofertę składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*”
- Zmiana Nr 4:** Pkt XIV.4 SWZ otrzymuje brzmienie: „*Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert pod adresem: <https://igichp.ezamawiajacy.pl> w dniu 11.01.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego budynek „E”, lok. Nr 24.*”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZAM

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Marszałkowski*