



**ZAMAWIAJĄCY:**

**INSTYTUT GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC**

**01-138 Warszawa, ul. Płocka 26**

**Tel. +48224312301 Fax. +48224312452**

**KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490**

**<https://igichp.ezamawiajacy.pl>**

Przetarg znak: AP.26.55.2021

Warszawa, dnia 11.01.2022 r.

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” na dostawę ładunków i staplerów jednorazowego użytku określonych w 2 pakietach.

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- 1. Pakiet Nr 1:** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych automatycznych staplerów liniowych pozycja 1 i 3 oraz ładunków do staplerów pozycja 2 i 4 o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,5mm (do tkanki grubej) łącznie do 8 strzałów, pozostałe parametry zgodne z SWZ?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 jednorazowe automatyczne staplery liniowe pozycja 1 i 3 oraz ładunki do staplerów pozycja 2 i 4 o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,5mm (do tkanki grubej) łącznie do 8 strzałów, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**
- 2. Pakiet Nr 1, poz.1,3:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1 i 3 dopuści staplery, które pozwalają na 8 wystrzałów (zamiast 10), pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1, poz.1,3 staplery, które pozwalają na 8 wystrzałów (zamiast 10), pozostałe parametry zgodne z SWZ.**
- 3. Pakiet Nr 1:** Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wymaga dostarczenia staplerów i ładunków które posiadają zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, co zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego zmknięcia wszystkich zszywek podczas użycia produktu, a przez to efektywność staplera?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
- 4. Pakiet Nr 1, poz.1,3:** Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 i 3 wymaga dostarczenia staplerów, które posiadają gumowaną rękojeść, co poprawia uchwyt produktu przez operatora podczas zabiegu, przez co zwiększa precyzję użycia staplera?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
- 5. Pakiet Nr 1, poz.1,3:** Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, jednorazowy automatyczny stapler liniowy, z możliwością użycia do 8 strzałów, spełniający pozostałe parametry SWZ?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1, poz.1,3 jednorazowy automatyczny stapler liniowy, z możliwością użycia do 8 strzałów, spełniający pozostałe parametry SWZ.**
- 6. Pakiet Nr 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów automatycznych w rozmiarach 30mm oraz 60mm, zawierających dwa rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, o wysokości otwartej zszywki 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm), z możliwością wykonania do 10 strzałów. Stapler wyposażony w dwie dźwignie – zamykającą i spustową?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 zaoferowanie staplerów automatycznych w rozmiarach 30mm oraz 60mm, zawierających dwa rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, o wysokości otwartej zszywki 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm), z możliwością wykonania do 10 strzałów. Stapler wyposażony w dwie dźwignie – zamykającą i spustową.**

## II. ZMIANA TREŚCI SWZ.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

**Zmiana Nr 1:** Pkt VIII. 3) SWZ otrzymuje nowe brzmienie: „o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),”

**ZATWIERDZAM**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Technicznych  
mgr inż. Marek Marszałkowski**