



ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

Tel. +48224312301 Fax. +48224312452

KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

<https://igichp.ezamawiajacy.pl>

Przetarg znak: AP.26.10.2022

Warszawa, dnia 18.02.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp” na dostawę rękawic diagnostyczno-zabiegowych określonych w 2 pakietach.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Zadanie 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zgodnych z normami: PN-EN 455-1:2020, PN-EN 455-2:2015; PN-EN 455-3:2015; PN-EN 455-4:2010, PN-EN ISO 374-1:2017; PN-EN ISO 374-5:2017?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- Zadanie 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o zawartości protein ≤ 30 $\mu\text{g/g}$, grubości pojedynczej ścianki: palce $\geq 0,12\text{mm}$, dłón $\geq 0,10\text{mm}$, mankiet $\geq 0,07\text{mm}$?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- Zadanie 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zgodnych z normami: PN-EN 455-1:2020, PN-EN 455-2:2015; PN-EN 455-3:2015; PN-EN 455-4:2010, PN-EN ISO 374-1:2017; PN-EN ISO 374-5:2017?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- Zadanie 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości pojedynczej ścianki: palce $\geq 0,07$, dłón $\geq 0,06$, mankiet $\geq 0,05$ i AQL $\leq 1,5$?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- Pakiet Nr 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgodności z normami: EN 455-1:2020; EN 455-2:2015; EN 455-3:2015, EN ISO 374-1+A1:2018 i EN ISO 374-5:2016
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- Pakiet Nr 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych grubości:
 - Opuszek palca – $0,08\text{ mm} \pm 0,03\text{ mm}$
 - Dłón - $0,06\text{ mm} \pm 0,02\text{ mm}$
 - Mankiet - $0,06\text{ mm} \pm 0,02\text{ mm}$**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
- Pakiet Nr 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie AQL 1,5.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- Pakiet Nr 2:** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu fabrycznym znajdował się wykaz substancji chemicznych, na które rękawice zostały przebadane oraz informacji o dopuszczeniu kontaktu z żywnością. Rękawice posiadają stosowne badania, które Wykonawca może na żądanie Zamawiającego w każdej chwili przedstawić.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZATWIERDZAM

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Marszałkowski*